

Konin, 02.06.2025r.

EP.252.12.2025

(nr wew. WSZ-EP-12/417/2025)

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ - numer 4

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Doposażenie oddziału Chirurgii Dziecięcej wraz z salą operacyjną oraz innych oddziałów poprzez zakup urządzeń medycznych” (nr sprawy: WSZ-EP-12/2025).

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy załącznika nr 2.7

1. Punkt 5 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie od 600 do 900mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy załącznika numer 2.7 zestawienie wymaganych parametrów jakościowo -technicznych

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.7 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

2. Punkt 7 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z przechyłem Trendelenburga w 23⁰?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy załącznika numer 2.7 zestawienie wymaganych parametrów jakościowo -technicznych

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.7 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

3. Punkt 8 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z przechyłem anty – Trendelenburga w zakresie 12⁰?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy załącznika numer 2.7 zestawienie wymaganych parametrów jakościowo -technicznych

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.7 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.



ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin



Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Sporządziła; K. Lewandowska