

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch sztuk unitów stomatologicznych do Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.
2. Miejsce dostawy: Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim ul. Podmiejska 17, 66-400 Gorzów Wielkopolski – 1 szt., Oddział Zewnętrzny w Słońsku ul. Winna 2, 66-436 Słońsk.
2. W formularzu ofertowym podano nazwy skrócone przedmiotu zamówienia, które są tożsame z poniższym opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga unity stomatologiczne o niżej podanych parametrach:

Wymagania techniczne I:

- Pulpit sterowniczy z dolnymi lub górnymi rękawami w systemie modułowym.
- Turbina NSK na przycisk (bez światła), mikrosilnik z kątnicą NSK (bez światła).
- Skaler piezoelektryczny z trzema końcówkami do skalingu.
- Strzykawkodmuchawka.
- Lampa światłoutwardzalna diodowa.
- Panel sterowniczy funkcji fotela i unitu.
- Przeglądarka do zdjęć RTG.

Blok spluwaczki: miska ceramiczna, zamknięty obieg wody destylowanej, ślinociąg typ Venturi, blok asystentki z dodatkową strzykawko-dmuchawką z ciepłą wodą oraz instalacja ssaka chirurgicznego.

- Lampa bezcieniowa halogenowa 22.000 LUX z regulacją natężenia światła.
- Fotel dentystyczny, pamięć 2 pozycji, hamulec bezpieczeństwa, sterowanie nożne i ręczne.
- Kompresor medyczny, gabinetowy, bezolejowy.

Wymagania techniczne II:

1. Stolik lekarza z rękawami podawanymi od góry

- dmuchawka 3-funkcyjna
- kątnica na przycisk 1:1 FPB-E (NSK) + prostownica EX-6B (NSK)
- mikrosilnik pneumatyczny EX-203 (NSK) (opcjonalnie elektryczny)

- turbina NSK na przycisk PANA-MAX
- skaler piezoelektryczny
- lampa diodowa
- negatoskop
- panel sterujący funkcjami fotela i unitu
- indywidualna regulacja chłodzenia, ciśnienia i przedmuchu dla każdego narzędzia
- mechaniczna blokada ramienia
- ruchoma taca na narzędzia

2. Blok spluwaczki

- porcelanowa misa spluwaczki
- wysięgnik asystencki z panelem sterującym
- ślinociąg
- ssak powietrzny
- wewnętrzny obieg wody destylowanej
- - dodatkowa dmuchawka 3-funkcyjna

3. Lampa halogenowa na ramieniu pantograficznym z 2-stopniową regulacją natężenia światła

4. Sterownik nożny

- funkcja chip blower
- wyłącznik wody

5. Elektromechaniczny fotel dentystyczny FJ94

- bezpieczne, niskonapięciowe jednostki napędowe (24V)
- sterowany joystickiem nożnym
- bezszwowa tapicerka
- hamulce najazdowe

6. Fotelik lekarski

7. Asystor

8. Kompresor bezolejowy