

### Odpowiedzi na zapytania do SWZ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Zakup i sukcesywna dostawa materiałów szewnych i hemostatycznych oraz opatrunków**” – **sprawa nr 10/PN/2025/MM**, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści niewchłaniałny szew multifilamentowy, poliestrowy?

**Odpowiedź: tak**

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 4 dopuści nić o dł. 12x45 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: tak**

#### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 5 dopuści nić o dł. 10x60cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: tak**

#### **Pytanie nr 4**

Czy zamawiający w pakiecie nr 8 dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłaniałny, polidoksanon, o okresie wchłaniania 182-238 dni oraz profilu podtrzymywania tkankowego 75-80% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach i 55-60% po 42 dniach?

**Odpowiedź: tak**

#### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w poz. 2 dopuści nić o dł. 70 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: tak**

#### **Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w poz. 4 dopuści igłę wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: tak**

#### **Pytanie nr 7**

Czy zamawiający w pakiecie 9 w poz. 5 dopuści igłę o dł. 11mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: tak**

#### **Pytanie nr 8**

Czy zamawiający w pakiecie nr 14 dopuści szew jednowłóknowy, niewchłaniałny polipropylenowy? Zaproponowany przez nas szew stosowany jest w tych samych procedurach co wymagany oraz powszechnie uważany jest za produkt o wyższej jakości.

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie nr 9**

Czy zamawiający w pakiecie nr 14 w poz. 19 dopuścił o dł. 100 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: tak**

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.