

Łódź, dnia 22.11.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: **Dostawa systemu oczyszczania wody, zestawu do elektroforezy i oprogramowania GraphPad Prism 10 Academic – nr postępowania 38/ZP/2024/N.**

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się z wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu do Części 2- **zestaw do elektroforezy** . Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1.

Jaka jest wymagana wielkość żelu?

Ad 1. Zamawiający preferuje wielkość szyb 10x10 cm.

Pytanie nr 2.

Ile ma być zapasowych szyb ze spacerami i szyb z wycięciem?

Ad 2. Minimum po 5 sztuk każdego rodzaju.

Pytanie nr 3.

Ile ma być grzebieni 12-dołkowych w zestawie i jakiej mają być grubości?

Ad 3. Grzebień 1mm 5 sztuk minimum.

Pytanie nr 4.

Do czego ma służyć uchwyt na płytki szklane i uchwyt na rurki i o jakie rurki chodzi?

Ad 4. Uchwyt ma służyć do wylania żelu między płytkami a uchwyt na rurki to uchwyt na próbówki z materiałem.

Zamawiający informuje, że zapisy w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki pozostają bez zmiany.

Sebastian Rudziński
Kierownik Działu Zakupów UŁ