

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku” - Znak sprawy: 09/PN/2025/ZS.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Dot. Zadanie nr 20: Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 20 zaoferowania szczotek do chirurgicznego mycia rąk zarejestrowanych jako wyrób medyczny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 2

Czy w Zad. 3, poz. 6 (DES-stent kobaltowo-chromowy), zamawiający dopuszcza zaoferowanie DES bez wyraźnego wskazania do zabiegów BTK i posiadających RBP 16 atm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 9 do odrębnego pakietu i dopuści?

Jednorazowy trokar 10-11, 12mm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Dwustopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie insuflacji i desuflacji. Posiada wbudowaną uszczelkę 5-12mm. Całość wykonana z tworzywa.

Cena orientacyjna 1 szt. wynosi 75 zł netto.

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.

Nasza firma z powodzeniem działa w Polsce od 1989 roku i posiada ugruntowaną pozycję na rynku dostawców produktów medycznych - jednorazowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Pakiet 20 - Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści szczotki do chirurgicznego mycia rąk bez systemu otworów do przenikania detergentu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Pakiet 1 - Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek w kolorze zielonym do staplera z prostą głowicą o długości linii cięcia 40 mm, do tkanki grubej. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki zamykają się w kształt litery „B”. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek bez chwytnej powierzchni. (1 szt./op. z odpowiednim przeliczeniem ilości)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Pakiet 1 - Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler zamykająco tnący z prostą główką, długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia 7-krotne przeładowanie ładunku i 8 wystrzałów podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,8 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki zamykają się w kształty litery „B”. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek bez chwytnej powierzchni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Zadanie 20

Czy zamawiający oczekuje/ wymaga szczoteczki w opakowaniu indywidualnym, które zawiera czyścik do paznokci tzw. Pilniczek; sterylizowane EO, pakowane zbiorczo w kartonowe pudełka do zawieszenia jako dozownik, po 30 szczoteczek, kartonik – posiada instrukcję użycia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Zadanie 20

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 14 poz.1 mikrocewnika do CTO o średnicy wewnętrznej końcówki 0,015"? Pozostałe parametry bez zmian.

Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania umożliwi nam wzięcie udziału w w/w postępowaniu i zaoferowanie Zamawiającemu sprzętu najnowszej generacji i o najwyższej jakości z powodzeniem stosowanego w wielu wiodących ośrodkach na terenie Europy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 15 poz. 1 Cewnika balonowego wysokociśnieniowego typu rapid exchange kompatybilnego tylko z przewodnikiem 0,014" oraz zrezygnuje z wymogu ciśnienie MBP >50 bar (atm)? Pozostałe parametry bez zmian.

Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania umożliwi nam wzięcie udziału w w/w postępowaniu i zaoferowanie Zamawiającemu sprzętu najnowszej generacji i o najwyższej jakości z powodzeniem stosowanego w wielu wiodących ośrodkach na terenie Europy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Dotyczy Zadania 8 poz. 8:

Czy Zamawiający dokonał omyłkę pisarską w zapisie określającym średnicę staplera 34 mm? Czy Zamawiający uwzględni zamiast rozmiaru 34 mm stapler okrężny o średnicy 33 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał omyłki pisarskiej i poprawia zapisy:

Było: Stapler okrężny zakrzywiony z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem po aktywacji i automatyczną siłą docisku tkanki rozmiar 25, 28, 31,34 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości zszywki. Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia częściowego

Jest: Stapler okrężny zakrzywiony z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem po aktywacji i automatyczną siłą docisku tkanki rozmiar 25, 28, 31,33 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości zszywki. Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia częściowego

W załączeniu zaktualizowany załącznik – pakiet numer 8 poz. 8.

Pytanie 12

Prosimy o usunięcie z projektu umowy paragraf 7 ust. 2 pkt 3)

Odpowiedź: Paragraf 7 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „za dostarczenie asortymentu niezgodnego z umową – w wysokości 100,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek”.

Pytanie 13

Prosimy o doprecyzowanie - potwierdzenie, iż dla pozycji 1 i 2 pakietu 2 postępowania Zamawiający wymaga wkładów do wstrzykiwacza MEDRAD SPECTRIS SOLARIS EP.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia zapisy dla pozycji 2

Było: Wkład do pompy MEDRAD SPECTRIS SOLARIS EP pojemność wkładów 65 i 115ml. Ostrze typu spike, złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o wytrzymałości 350PSI dł. 250 cm.

Jest: Złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o wytrzymałości 350PSI dł. 250 cm.

W załączeniu zaktualizowany załącznik – pakiet numer 2 poz. 2.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści do oferowania w pakiecie nr 2 sterylne zestaw jednorazowego użytku do automatycznego wstrzykiwacza MEDRAD SPECTRIS SOLARIS EP, w skład którego wchodzi: wkład 65ml, wkład 115ml, łącznik z trójnikiem Y i jednym zaworkiem, 1 duży spike oraz 1 mały spike.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia zapisy dla pozycji 2

Było: Wkład do pompy MEDRAD SPECTRIS SOLARIS EP pojemność wkładów 65 i 115ml. Ostrze typu spike, złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o wytrzymałości 350PSI dł. 250 cm.

Jest: Złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o wytrzymałości 350PSI dł. 250 cm.

W załączeniu zaktualizowany załącznik – pakiet numer 2 poz. 2.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdzam:

Dyrektor