

20/PN/2025/MM

Końskie, dnia 15 maja 2025 roku.

Odpowiedzi na zapytania do SWZ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Zakup i sukcesywna dostawa materiałów szewnych i hemostatycznych - II**” – **sprawa nr 20/PN/2025/MM**, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

Pytanie nr 1 - Pakiet 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu syntetycznego wchłanianego, wielowłóknowego, powlekanego, wykonanego w 90% z glikolidu, 10% z L-laktydu, o okresie podtrzymywania tkanek 12 dni i okresie wchłaniania 42 dni?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 2 - Pakiet 2, poz. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu z igłą 30mm, ½ koła okrągła?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 3 - Pakiet 2, poz. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu z igłą 60mm prostą odwrotnie tnącą?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 4 - Pakiet 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu syntetycznego, monofilamentowego, wchłanianego, wykonanego z glikolidu i ε-kaprolaktonu. Podtrzymanie tkanek 30 dni, całkowite wchłonięcie szwu 90-120 dni?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 5 - Pakiet 4, poz. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu o długości 75cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 6 - Pakiet 4, poz. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu o długości 75cm i rozmiarze 2/0?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 7 - Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. 1 dopuści nić o długości 75 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 8 - Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. 1 dopuści igłę o długości 10 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 9 - Dot. Zadania nr 2, poz. 4 – 6

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 10 - Dot. Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłaniany, wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, czas podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, czas wchłaniania bez zmian?

Odpowiedź: TAK

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.