



Znak: AE/ZP-27-31/25

Tarnów, 2025-05-09

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawy sprzętu laboratoryjnego.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie: Ostrza do mikrotomu przeznaczone do skrawania wstążeczkowego twardego materiału tkankowego - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna - krawędź tnąca dodatkowo hartowana, ostrze żyłki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyłki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Logo producenta naniesione na każdym ostrzu. Zasobnik o pojemności 50 szt.
2. **Dotyczy pkt. 22.1 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł. Netto”? Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 17** - Czy Zamawiający dopuści kamery Pentasquare z siatką do ilościowej analizy elementów komórkowych w osadzie moczu, z PMMA - 10 miejscowe (na 10 badań) o pojemnościach : 0,5 ul na całej siatce, 0,1 ul wewnątrz każdego z 5 kwadratów o boku 1 mm, 0,0111 ul wewnątrz każdego z 45 małych kwadratów o boku 0,333 mm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści próbki do moczu o pojemności 10 ml, spełniające pozostałe wymagania?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ dla przedmiotu zamówienia zaoferowanego w **Pakiecie Nr 9 poz. 1.**

Ad. 2

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie nowych zapisów do **pkt 22.1 SWZ.**

Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ dla przedmiotu zamówienia zaoferowanego w **Pakiecie Nr 2 poz. 17.**

Ad. 4

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 2** próbek do wirowania moczu o pojemności 10 ml, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

