



Poznań, dnia 16 października 2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-82/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zestaw nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 15

Poz. 1 worek stomijny, pediatryczny, jednoczęściowy, przezroczysty, otwarty, z filtrem, o małej objętości, przeznaczony do zaopatrzenia ileostomii u dzieci. W dolnej części worka otwór do opróżniania worka z treści jelitowej, bez konieczności odklejania od skóry, zabezpieczony zapinką na rzep, worek wykonany z folii, od strony pacjenta pokryty delikatnym materiałem przyjaznym dla skóry dziecka, nie powodującym odparzeń, przylepiec o właściwościach ochronnych, rozmiar uniwersalny z możliwością dopasowania poprzez docięcie nożyczkami

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2 worek stomijny, pediatryczny, dwuczęściowy, przezroczysty, otwarty, bez filtra, o małej objętości, przeznaczony do zaopatrywania ileostomii u noworodków (możliwość objęcia dodatkowej stomii), w dolnej części worka odpływ do opróżniania worka z treści jelitowej, bez konieczności odklejania od skóry, zabezpieczony przy pomocy miękkiego kurka, worek wykonany z folii, przylepiec dostosowany do delikatnej skóry noworodka, o właściwościach ochronnych, rozmiar mały, worek dedykowany także dla noworodków urodzonych przedwcześnie, worek – 10 szt. w opakowaniu, płytka – 5 szt. w opakowaniu.

W przypadku zgody na ten worek prosimy o określenie czy Zamawiający oczekuje 70 szt. worków i 70 szt. płytek, czy 40 szt. worków i 30 szt. płytek (w sumie 70 szt.), czy jeszcze innej kalkulacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i oczekuje 70 sztuk worków stomijnych.

Poz. 3 chusteczki do zmywania skóry wokół stomii, do stosowania dla niemowląt poniżej 6 miesiąca życia, nasączone płynem oczyszczającym, o właściwościach nawilżających i natłuszczających, do przygotowania skóry do zmiany sprzętu, pakowane pojedynczo, opakowanie – 30 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości do dwóch miejsc po przecinku.

Poz. 4 chusteczki do skóry wokół stomii, nasączone płynem o właściwościach ochronnych, zapobiegający podrażnieniom, do zabezpieczenia podrażnionej skóry przed działaniem treści jelitowej, pakowane pojedynczo, opakowanie – 30 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości do dwóch miejsc po przecinku.

Poz. 5 pasta stomijna o właściwościach uszczelniających, wykonana z materiału hydrokoloidowego, wyrównująca fałdy i nierówności, zapewniająca szczelność, nie zawiera alkoholu, opakowanie 60 g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości do dwóch miejsc po przecinku.

Poz. 6 puder stomijny, do pielęgnacji skóry wokół stomii, wykonany z materiału hydrokoloidowego, wchłania wilgoć, zapobiega podrażnieniom, opakowanie 25 g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy części 15 – worki pakowane po 30 szt. lub 10 szt w opakowaniu zbiorczym, płytka pakowane po 5 szt., chusteczki po 30 szt.)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na poza granicami kraju skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający będzie realizował przedmiot zamówienia na podstawie bieżącego zapotrzebowania. Zamawiający dopuszcza opakowania handlowe. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 – Formularzu asortymentowo – cenowym- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca określił ilość opakowań oraz ilość sztuk w opakowaniu.

Czy Zamawiający zgodzi się aby wraz z dostawą dostarczany był dokument WZ – dostawy odbywają się z magazynu poza granicami kraju, natomiast faktura jest generowana w biurze w siedzibie firmy w kraju. Na dokumencie WZ widnieje nazwa handlowa wyrobu, ilość sztuk, nazwa producenta, numer katalogowy wyrobu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie wraz z dostawą dokumentu WZ z zastrzeżeniem, że numer katalogowy / referencyjny dostarczanego wyrobu widniejący w dokumencie będzie spójny z numerem katalogowym / referencyjnym zaofertowanego wyrobu w Formularzu asortymentowo – cenowym. Ponadto zgodnie z zapisem paragrafu 5 ust. 7 Wzoru umowy – Załączniku nr 3 do SWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania faktury drogą elektroniczną w formie pliku elektronicznego w





formacie *pdf, na adres e-mail: faktury@gpsk.ump.edu.pl zgodnie z przepisami ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych.

Zestaw nr 2

pyt. 1.
Czy Zamawiający dopuści w części nr 12?
Nożyczki Metzenbaum o długości szczęk 15 mm, trzonu 33 cm, średnicy 5 mm, rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna, rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo wykonane z nierdzewnej stali o średnicy ok 4 mm i długości ok 17 mm. Trzon zewnętrznie pokryty antyrefleksyjną izolacją wykonaną z polifluorowanego etylenu (FEP), wewnętrzny płaszcz wykonany z aluminium. Rękojeść i rotator wykonane z akrylonitryl butadiensteryl (ABS). Szczęki wykonane z wtryskowo giętej, medycznej stali nierdzewnej, ostre na całej długości, umożliwiające cięcie wzdłuż całej długości krawędzi, zarówno dystalnie jak i proksymalnie. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. Nożyczki współpracują z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcia lub koagulacja, spełniającymi wszystkie normy bezpieczeństwa.

*Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądaný efekt terapeutyczny.
Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcje/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.*

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 3

Część nr 1 – Mankiety neonatologiczne ze złączem LuerLock
poz. 1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje mankietów jednopacjentowych

W przypadku mankietów jednopacjentowych prosimy o dopuszczenie:

- 1) obwód kończyny 3-5,5 cm, wymiary mankieta szer. x dł: 2,6x12,2cm
- 2) obwód kończyny 4-8 cm, wymiary mankieta szer. x dł: 3,2x15,4cm
- 3) obwód kończyny 6-11 cm, wymiary mankieta szer. x dł: 4,2x18,7cm
- 4) obwód kończyny 7-13 cm, wymiary mankieta szer. x dł: 5,2x23cm

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o mankiety ze złączem Luer slip

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane wymiary i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oczekuje mankietów ze złączem Luer-Lock.

Zestaw nr 4

Pakiet 5:

poz1) Czy zamawiający dopuści szkiełka podstawowe cięte z jednostronnym matowym polem do opisu w rozmiarze 26x76?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6:

poz4) Czy zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe 22x22 konfekcjonowane po 200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Parametry wskazane w pytaniu odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w Załączniku nr 1 do SWZ.

Pakiet 8: Czy zamawiający dopuści szkiełka podstawowe szlifowane pod kątem 90 stopni, emaliowane konfekcjonowane po 50 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań tj. 101 opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szkiełka konfekcjonowane po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrąglania. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 5

Dotyczy Pakietu 16

Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuch urologiczny wykonany od klatki piersiowej w dół z miękkiej, mocnej folii polietylenowej 47 g/m²; tylna oraz przednia część w obszarze klatki piersiowej fartucha i rękawy wykonane z sześciowarstwowej włókniny polipropylenowej SSMMMS o gramaturze 35 g/m². Włóknina odporna na działanie alkoholu. W rękawach dodatkowo oddychające wzmocnienie z dwuwarstwowego laminatu z polietylenu i polipropyleny 38 g/m², mocowane na całym obwodzie. Szwy fartucha wykonane zostały metodą ultradźwiękową, opatentowaną typu „zig-zag”. Mankiety fartucha wykonane zostały z włókniny w 100% poliestrowej posiadającej certyfikat antyalergicznosci OEKO- Standard ® 100. Obszerny i szeroki krój umożliwia zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem (2 kontrafałdy) i zapewnia użytkownikowi większą swobodę ruchów w pozycji siedzącej. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar XL.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

