

Końskie, dn. 4.03.2025 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawy opatrunków, opatrunków specjalistycznych, preparatów do pielęgnacji ran” - Znak sprawy: 05/PN/2025/ZS.

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDNI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
zamieszczonych na stronie internetowej prowadzonego postępowania
w dniu 27.02.2025 roku

Niniejszym Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji / sprostowania dotyczącej odpowiedzi na pytania wykonawców.

Zamawiający w dniu 27.02.2025 roku zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania odpowiedzi na pytania wykonawców.

Zamawiający na pytanie numer 42 o treści:

„Zadanie nr 4 – Poz.8: Czy Zamawiający oczekuje w tym zestawie: serwety 1szt serweta laminowana 42g/m2, z otworem 5cm i rozcięciem 60x50cm bez saszetki z octenisanem ? Taki zestaw był dostarczany dotychczasowo do szpitala”;

Omyłkowo odpowiedział

„Odpowiedź: Zamawiający oczekuje (wymaga) zaoferowania zestawu zgodnie z SWZ”.

Po zmianie (sprostowaniu) prawidłowa odpowiedź na to pytanie brzmi:

„Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu o niżej przedstawionym opisie:

„Jałowy zestaw do cewnikowania”

serweta laminowana 42g/m2 50 x 60cm 1szt

serweta laminowana 42g/m2 z otworem 5cm i rozcięciem (rozmiar 50 x 60 cm) 1szt

rękawice nitrylowe rozm.M z wywiniętymi mankietami 2szt

tupfer 17N kula (20 x 20) 5szt

kompresy gazowe 17N/8W – 7,5 x 7,5cm 8szt

peśeta plastikowa ok 13cm 1szt

pean plastikowy ok.14 cm 1szt

pojemnik plastikowy 125cm 1szt

Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister, 1-komorowy, stanowiący jednocześnie miszkę do pracy

Elementy poza twardym blistrem stanowiące skład zestawu: strzykawka wypełniona jałową wodą Z 10% gliceryną 10ml 1 szt, strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą 6ml 1szt”.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdzam:
Dyrektor