



Poznań, dnia 14.03.2025 roku

Oznaczenie sprawy: PN-22/25

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę aparatury medycznej wraz z montażem i szkoleniem**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Dotyczy Pakietu nr 5 - Ciepłarka

Czy Zamawiający będzie używał urządzenia do ogrzewania płynów medycznych podawanych bezpośrednio do pacjenta, w tym płynów infuzyjnych oraz kontrastowych?

Odpowiedź: : Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający wymaga, by urządzenie było sprzętem medycznym, a nie komercyjnym, czy laboratoryjnym, co reguluje: Art. 17 pkt. 1 ust 2 w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654, który mówi, że podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać warunek stosowania wyrobów odpowiadającym wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586)?

Odpowiedź: : Zgodnie z SWZ.

Dotyczy pkt 15:

Czy Zamawiający dopuści ciepłarkę z 2 niezależnymi szufladami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pkt 12:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ciepłarki ze zmianą temperatury co 1st.C w zakresie od 25 do 70 st.C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pkt 14:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 350 x 823 x 620 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pkt 13:

Czy Zamawiający dopuści ciepłarkę, która nie posiada wizualnego i cyfrowego alarmu na wypadek: przegrzania lub niedogrzenia płynu w stosunku do zadanej temperatury, uszkodzenia elementów ogrzewających komorę lub jej oświetlenia, uszkodzenia pojemnika z płynem, a w zamian posiada:

- alarm optyczny i akustyczny włączający się po 60 sekundach przy niedomkniętej szufladzie
- optyczny i akustyczny alarm "niskiej / wysokiej temperatury", uruchamiany w przypadku wykrycia rozbieżności między temperaturą zadaną i temperaturą rzeczywistą w komorze
- optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.





Czy Zamawiający wymaga funkcji pozwalającej na przyspieszenie ogrzewania wsadu poprzez czasowe zwiększenie temperatury grzania (BOOST), automatycznie wyłączającej się po osiągnięciu zadanych parametrów (co wyklucza ryzyko przegrzania wsadu)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało wyświetlacz z panelem dotykowym oraz menu tekstowym w języku polskim?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający wymaga żeby ciepłarka ogrzewała wsad wymuszonym obiegiem powietrza bez udziału elementów grzewczych bezpośrednio pod ogrzewanym płynem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

