



Grudziądz, dnia 22.05.2025 r.

ZP-973/25

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/11/PN/25).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/11/PN/25)**, wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1:

1. Ad par 6 ust. 12 wzoru umowy; Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu umieszczenia na dokumentach WZ cen dostarczonego towaru; WZ jest dokumentem magazynowym, a nie księgowym i ustawa o rachunkowości nie narzuca obowiązku umieszczania na WZ cen towaru. Jednocześnie, na podstawie WZ wystawiane są faktury, które zawierają ceny, zatem niezasadne wydaje się nakładanie wymogu wskazywania cen na dokumencie WZ.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 2:

2. Ad par. 6 ust. 16 wzoru umowy; Uprzejmie prosimy o dopisanie zastrzeżenia „za wyjątkiem sytuacji, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 60 dni”.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 3:

3. Ad par. 7 ust. 4 wzoru umowy; Prosimy o wykreślenie ww. punktu, gdyż, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zakupu zastępczego, Wykonawca ponosi już karę w postaci konieczności





zwrotu różnicy w cenie oraz zmniejszenia ilości towaru, zatem zapis ten nakłada drugą karę za tę samą okoliczność.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 4:

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy – § 6 ust. 16 – dot. zadania nr 20. Prosimy o doprecyzowanie zapisu umowy § 6 ust. 16 w zakresie zadania nr 20 o poniższą klauzulę: „(...) o ile zwłoka w płatności nie przekroczyła 30 dni od terminu wskazanego na fakturze. W Takim przypadku Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację następnych zamówień bądź dostarczać towar będący przedmiotem umowy za przedpłatą, na co Zamawiający wyraża zgodę”

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 5:


Czy Zamawiający w zadaniu nr 42 dopuści cewnik do nakłucia tętnicy o poniższych parametrach:

Cewnik					Igła punkcyjna		Prowadnik		Sztuk na pudełko
Ø (Fr)	Długość (cm)	Rozmiar (G)	Ø wewn. - Ø zewn. (mm)	Szybkość przepływu (ml/min)	Rozmiar (G)	Długość (mm)	Ø zewn. (mm)	Długość (cm)	
3	8	20	0,6 - 0,9	24	20	38	0,53	20	20

Cewniki są dostarczane w sztywnym blistrze zawierającym następujące materiały:

- przezroczysty i widoczny w RTG cewnik z PE, 3Fr(20G) o długości 80mm
- igła punkcyjna (kaniula) 20Gx 38mm;
- poliuretanowa linia przedłużająca ze złączem bionector i zaciskiem (długość ok.10 cm)
- prosty prowadnik ze stali nierdzewnej z miękką końcówką
- cewnik posiada końcówkę wyposażoną w skrzydelka do mocowania do skóry oraz kołnierzyk zapobiegający załamywaniu się powierzchni cewnika.





Lub

Cewnik o poniższych parametrach:

Cewnik					Igła punkcyjna			Prowadnik		Sztuk na pudełko
Ø (Fr)	Długość (cm)	Rozmiar (G)	Ø zewn. (mm)	Szybkość przepływu (ml/min)	Rozmiar (G)	Długość (mm)	Ø zewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Długość (mm)	
3	8	20	1,0	14	20	38	0,9	0,46	19	20

W zestawie:

- przezroczysty i widoczny w RTG cewnik wykonany z PTFE politetrafluoroetyleny ,widoczny w RTG, rozmiar 3 Fr (20G), długość 8mcm,
 - igła do wprowadzania (0,9 mmx38mm),
 - prowadnik prosty stali nierdzewnej z elastycznym końcem ,
 - posiadający skrzydełka umożliwiające przyszycie do skóry.
 - przedłużka (13,5 cm) wyposażona w czerwony system bezigłowy bionector
- Bionector zamyka się automatycznie po odłączeniu linii infuzyjnej.





Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 42 jak poniżej**. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w Załączniku nr 2 do SWZ określił minimalne parametry, które musi spełnić wymagany produkt. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy**” (znak sprawy: Z/11/PN/25), w następującym zakresie:

– w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 42 zastępując nową treścią Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 42 jak w załączeniu.

Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pozostaje bez zmian.

Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację poprzez:

- złożenie wypełnionego dokumentu po modyfikacji
- lub
- naniesienie poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez skreślenie i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu.