

Czeladź, dnia 2 kwietnia 2025 r.

Znak sprawy: DZA.381.15.1.2025

**Do wszystkich
Wykonawców**

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – na dostawę materiałów szewnych i siatek.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1 pkt. a), b), c), d):

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 0,5 % wartości netto danego zamówienia częściowego za każdy **dzień** zwłoki w zrealizowaniu dostawy częściowej, względem terminu w § 2 ust. 10 niniejszej umowy,
 - b) w wysokości **0,5 %** wartości netto **reklamowanych Wyrobów medycznych** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 3 umowy,
 - c) w wysokości **10 %** wartości netto niedostarczonych lub wadliwych Wyrobów medycznych - za każdy przypadek, w którym konieczny był zakup Wyrobów medycznych od podmiotu trzeciego w okolicznościach wskazanych w §4 ust. 6 umowy.
 - d) w wysokości 10% kwoty **niezrealizowanej części** wynagrodzenia netto za daną część zamówienia (pakiet) określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku gdy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę dojdzie do odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w zakresie tej części zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów § 5 ust. 1 lit. a), b), c), d) Wzoru Umowy.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu 1-3

Czy Zamawiający dopuści również długość nici 75 cm wszędzie tam gdzie wymaga długości 70 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 1-2 długość nici 75 cm wszędzie tam gdzie wymaga długości 70 cm.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu 1-3, 5

Czy Zamawiający dopuści również opakowania zbiorcze po 12 saszetek z odpowiednim przeliczeniem kolumny „ilość”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 1-3, 5 opakowania zbiorcze po 12 saszetek z odpowiednim przeliczeniem kolumny „ilość”.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu 1, poz. 1-31

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, plecione, wchłanialne, z poli(glikolidu i l-laktydu 90/10), powlekane kopolimerem glikolidu i laktydu (poliglaktyną 370) oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i okresie wchłaniania 60-70 dni, bez powleczenia dioctanem chloheksydyny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga nici syntetycznych, plecionych, wchłanialnych, z poli(glikolidu i l-laktydu 90/10), powlekanych kopolimerem glikolidu i laktydu (poliglaktyną 370) oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 40-50% po 21 dniach i okresie całkowitego wchłaniania 56-70 dni, **bez powleczenia dioctanem chlorheksydyny w przypadku pozycji od 1 – 25, natomiast dla pozycji 26-31 wymaga dodatkowego powleczenia antybakteryjnym dioctanem chlorheksydyny.**

Pytanie nr 5

Dot. Pakietu 2, poz. 1-2

Czy Zamawiający wydzieli, wykreśli ww. pozycje lub umożliwi złożenie oferty z pominięciem tych pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydziela z Pakietu 2 poz. 1 i 2 do oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 6

Dot. Pakietu 3, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści nici polipropylenowe bez dodatku polietylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w pakiecie 3 poz. 1-3 nici polipropylenowych bez dodatku polietylenu.

Pytanie nr 7

Dot. Pakietu 3, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w pakiecie 3 poz. 13 szwu z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point.

Pytanie nr 8

Dot. Pakietu 3, poz. 14-15

Czy Zamawiający wydzieli, wykreśli ww. pozycje lub umożliwi złożenie oferty z pominięciem tych pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydziela z Pakietu 3 poz. 14 i 15 do oddzielnego pakietu.



Pytanie nr 9

Dot. Pakietu 4, poz. 1, 2, 3, 5

Czy Zamawiający siatki przepuklinowe, polipropylenowe, o gramaturze 55 g/m² i wielkości porów 1,3 x 2,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w pakiecie 4 poz. 1, 2, 3, 5 siatek przepuklinowych, polipropylenowych, o gramaturze 55 g/m² i wielkości porów 1,3 x 2,0 mm.

Pytanie nr 10

Dot. Pakietu 4, poz. 5

Czy Zamawiający siatki przepuklinowe, polipropylenowe, o gramaturze 85 g/m² i wielkości porów 1,0 x 1,2 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w pakiecie 4 poz. 5 siatki przepuklinowej, polipropylenowej, o gramaturze 85 g/m² i wielkości porów 1,0 x 1,2 mm.

Pytanie nr 11

Dot. Pakietu 5, poz. 1-4

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli z Pakietu 5 poz. 1 i 4 do oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 12

Dot. Pakietu 7, poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, plecione, wchłaniające, z poli(glikolidu i l-laktydu 90/10), powlekane kopolimerem glikolidu i laktydu (poliglaktyną 370) oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i okresie wchłaniania 60-70 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w pakiecie 7 w poz. 3-4 nici syntetycznych, plecionych, wchłaniających, z poli(glikolidu i l-laktydu 90/10), powlekane kopolimerem glikolidu i laktydu (poliglaktyną 370) oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i okresie wchłaniania 60-70 dni.

Pytanie nr 13

Pakiet 4 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek chirurgicznych o wielkości porów 3mm x 2mm = 6 mm²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga siatek chirurgicznych o wielkości porów 3,6mm x 2,8mm +/- 0,2 mm.

Pytanie nr 14

Pakiet 4 poz. 3, 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatki lekkiej o wielkości porów 1,3 mm²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 4 poz. 3 i 5 siatki lekkiej o wielkości porów 1,3 mm².

Pytanie nr 15

Pakiet 4 poz.1, 2, 3, 5:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatek pakowanych a'1 szt. w opakowaniu zbiorczym po 3 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 4 poz. 1, 2, 3 i 5 siatek pakowanych a'1 szt. w opakowaniu zbiorczym po 3 szt.

Pytanie nr 16

Pakiet 4 poz.4:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatki pakowanej po 1 szt. w opakowaniu z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 4 poz. 4 siatki pakowane'1 szt. w opakowaniu.

Pytanie nr 17

Pakiet 1, poz. 2, 3, 4, 6, 8, 15-19, 21-29

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie opakowań w ilości 24 saszetki/op. i odpowiednie przeliczenie w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 1 poz. 2, 3, 4, 6, 8, 15-19, 21-29 opakowań w ilości 24 saszetki/op.

Pytanie nr 18

Pakiet 1, poz. 4, 6, 16-19, 22, 23, 25-29

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie długości nitki 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 1 poz. 4, 6, 16-19, 22, 23, 25-29 długość nici 75 cm.

Pytanie nr 19

Pakiet 1, poz. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły z nicią o parametrach: rozmiar 1, 3/8 koła 60 mm igła okrągła tępa, długość nitki 100cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 1 poz. 7 igły z nicią o parametrach: rozmiar 1, 3/8 koła 60 mm igła okrągła tępa, długość nitki 100cm.

Pytanie nr 20

Pakiet 1, poz. 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły z nicią o parametrach: rozmiar 1, 1/2 koła 40 mm odwrotnie tnąca, długość nici 90 cm?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 1 poz. 12 igły z nicią o parametrach: rozmiar 1, ½ koła 40 mm odwrotnie tnąca, długość nici 90 cm.

Pytanie nr 21

Pakiet 1, poz. 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły z nicią o parametrach: rozmiar 2, ½ koła 40 mm odwrotnie tnąca, długość nici 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 1 poz. 12 igły z nicią o parametrach: rozmiar 2, ½ koła 40 mm odwrotnie tnąca, długość nici 75 cm.

Pytanie nr 22

Pakiet 1, poz. 18

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły z nicią o parametrach: rozmiar 2/0, ½ koła 36 mm okrągła, długość nici 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 1 poz. 18 igły z nicią o parametrach: rozmiar 2/0, ½ koła 36 mm okrągła, długość nici 75 cm.

Pytanie nr 23

Pakiet 1, poz. 19

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły z nicią o parametrach: rozmiar 2/0, 3/8 koła 38 mm odwrotnie tnąca, długość nici 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 1 poz. 19 igły z nicią o parametrach: rozmiar 2/0, 3/8 koła 38 mm odwrotnie tnąca, długość nici 75 cm.

Pytanie nr 24

Pakiet 1, poz. 24

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły z nicią o parametrach: rozmiar 2/0, 1/2 koła 36 mm odwrotnie tnąca, długość nici 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 1 poz. 24 igły z nicią o parametrach: rozmiar 2/0, 1/2 koła 36 mm odwrotnie tnąca, długość nici 75 cm.

Pytanie nr 25

Pakiet 1, poz. 24

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły z nicią o parametrach: rozmiar 2, 1/2 koła 37 mm odwrotnie tnąca, długość nici 90 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 1 poz. 24 igły z nicią o parametrach: rozmiar 2, 1/2 koła 37 mm odwrotnie tnąca, długość nici 90 cm.



Pytanie nr 26

Pakiet 1, poz. 25

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły z nicią o parametrach: rozmiar 0, 1/2 koła 48 mm okrągła, długość nici 75 cm.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 1 poz. 25 igły z nicią o parametrach: rozmiar 0, 1/2 koła 48 mm okrągła, długość nici 75 cm.

Pytanie nr 27

Pakiet 1, poz. 26

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły z nicią o parametrach: rozmiar 3/0, 1/2 koła 26 mm okrągła, długość nici 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 1 poz. 26 igły z nicią o parametrach: rozmiar 3/0, 1/2 koła 26 mm okrągła, długość nici 75 cm.

Pytanie nr 28

Pakiet 1, poz. 29

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły z nicią o parametrach: rozmiar 1, 1/2 koła 40 mm okrągła, długość nici 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 1 poz. 29 igły z nicią o parametrach: rozmiar 1, 1/2 koła 40 mm okrągła, długość nici 75 cm.

Pytanie nr 29

Pakiet 1, poz. 29

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły z nicią o parametrach: rozmiar 1, 1/2 koła 48 mm okrągła, długość nici 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 1 poz. 29 igły z nicią o parametrach: rozmiar 1, 1/2 koła 48 mm okrągła, długość nici 75 cm.

Pytanie nr 30

Pakiet 1, poz. 30

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły z nicią o parametrach: rozmiar 1, 1/2 koła 40 mm odwrotnie tnąca bez wzmocnienia, długość nici 90 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 1 poz. 30 igły z nicią o parametrach: rozmiar 1, 1/2 koła 40 mm odwrotnie tnąca bez wzmocnienia, długość nici 90 cm.

Pytanie nr 31

Pakiet 2, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu o zdolności podtrzymywania tkankowego 50% po 45 dniach i absorpcji 180-240 dni?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 2 poz. 1 i 2 szwu o zdolności podtrzymywania tkankowego 50% po 45 dniach i absorpcji 180-240 dni.

Pytanie nr 32

Pakiet 2, poz. 3-11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu o absorpcji 180-240 dni i wytrzymałości na rozciąganie 90-98 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 2 poz. 3-11 szwu o absorpcji 180-240 dni i wytrzymałości na rozciąganie 90-98 dni.

Pytanie nr 33

Pakiet 2, poz. 3, 4, 6, 8-11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie opakowań w ilości 24 saszetki/op. i odpowiednie przeliczenie w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 2 poz. 3, 4, 6, 8-11 opakowań w ilości 24 saszetki/op.

Pytanie nr 34

Pakiet 2, poz. 1, 2, 5, 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie opakowań w ilości 12 saszetek/op. i odpowiednie przeliczenie w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 2 poz. 1, 2, 5, 7 opakowań w ilości 12 saszetki/op.

Pytanie nr 35

Pakiet 2, poz. 3, 4, 8-11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie długości nici 70 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający w Formularzu asortymentowo-cenowym dotyczącym Pakietu 2 poz. 3, 4 oraz 8-11 ma podaną długość nitki 70 cm.

Pytanie nr 36

Pakiet 2, poz. 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły z nicią o parametrach: rozmiar 4/0, ½ koła 27 mm okrągła, długość nici 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 2 poz. 11 igły z nicią o parametrach: rozmiar 4/0, ½ koła 27 mm okrągła, długość nici 75 cm.



Pytanie nr 37

Pakiet 3, poz. 1-13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie opakowań w ilości 24 saszetki/op. i odpowiednie przeliczenie w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 3 poz. 1-13 opakowań w ilości 24 saszetki/op.

Pytanie nr 38

Pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły z nicią o parametrach: rozmiar 1, ½ koła 25 mm okrągła pogrubiona, długość nici 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 3 poz. 1 igły z nicią o parametrach: rozmiar 1, ½ koła 25 mm okrągła pogrubiona, długość nici 75 cm.

Pytanie nr 39

Pakiet 3, poz. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły z nicią o parametrach: rozmiar 0, ½ koła 35 mm okrągła pogrubiona, długość nici 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 3 poz. 2 igły z nicią o parametrach: rozmiar 0, ½ koła 35 mm okrągła pogrubiona, długość nici 75 cm.

Pytanie nr 40

Pakiet 3, poz. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły z nicią o parametrach: rozmiar 0, ½ koła 35 mm okrągła pogrubiona, długość nici 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 3 poz. 3 igły z nicią o parametrach: rozmiar 0, ½ koła 35 mm okrągła pogrubiona, długość nici 75 cm.

Pytanie nr 41

Pakiet 3, poz. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły z nicią o parametrach: rozmiar 2/0, ½ koła 25 mm odwrotnie tnąca, długość nici 45 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga igły z nicią o parametrach: rozmiar 2/0, 3/8 koła 24 mm, długość nici 45 cm. Dopuszcza igłę odwrotnie tnącą.

Pytanie nr 42

Pakiet 3, poz. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły z nicią o parametrach: rozmiar 3/0, ½ koła 25 mm odwrotnie tnąca, długość nici 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga igły z nicią o parametrach: rozmiar 3/0, 3/8 koła 24 mm, długość nici 45 cm. Dopuszcza igłę odwrotnie tnącą.

Pytanie nr 43

Pakiet 3, poz. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły z nicią o parametrach: rozmiar 2/0, 1/2 koła 25 mm odwrotnie tnąca, długość nici 45 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga igły z nicią o parametrach: rozmiar 3/0, 3/8 koła 24 mm, długość nici 45 cm. Dopuszcza igłę odwrotnie tnącą.

Pytanie nr 44

Pakiet 3, poz. 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły z nicią o parametrach: rozmiar 4/0, 1/2 koła 25 mm odwrotnie tnąca, długość nici 45 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga igły z nicią o parametrach: rozmiar 4/0, 3/8 koła 24 mm, długość nici 45 cm. Dopuszcza igłę odwrotnie tnącą.

Pytanie nr 45

Pakiet 3, poz. 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły z nicią o parametrach: rozmiar 1, 1/2 koła 38 mm odwrotnie tnąca, długość nici 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 3 poz. 12 igły z nicią o parametrach: rozmiar 1, 1/2 koła 38 mm odwrotnie tnąca, długość nici 75 cm.

Pytanie nr 46

Pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły 2x 3/8 koła 8mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 7 poz. 1 igły 2x 3/8 koła 8mm.

DYREKTOR
Zagłębiowskiego Szpitala Klinicznego
41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40

mgr Aldona Sylwa