

Odpowiedzi na zapytania do SWZ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Zakup i sukcesywna dostawa materiałów szewnych i hemostatycznych oraz opatrunków**” – **sprawa nr 10/PN/2025/MM**, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

Pytanie nr 1 - Zadanie 21, poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na matrycę hemostatyczną do hamowania krwawień na bazie trombiny pochodzenia bydlęcego i macierzy kolagenu wieprzowego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 2:

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić następujące kary umowne:

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w § 1 ust. 4 w wysokości 0,1%_ liczone od wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 (dla części której zwłoka dotyczy),

3) za dostarczenie asortymentu niezgodnego z umową – w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek.

5) Z tytułu niedostarczenia na prośbę Zamawiającego dokumentów o których mowa z § 1 ust 2 i 3 – 50,00 PLN za każdy dzień zwłoki liczony po drugim dniu od dostarczenia prośby o przedstawienie dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące wzoru umowy.

Pytanie nr 2 -Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz.1 wosku chirurgicznego wytwarzanego z mieszaniny wosku pszczelego (80%) i palmitynianu izopropylu (20%) opakowanie 2,5g x 24 saszetki z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 3 - Zadanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 17 poz.1 hemostatyku w postaci waty w rozmiarze 5,1x10,2cm ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 4 - Zadanie 1 poz.1: Czy Zamawiający dopuści воск kostny o następującym składzie: воск пшчелї (83%), парафина стаї (5%), пальмїтїнїанїзопропїлу (12%)? Дїякї 3-скїаднїковей будовїе воск єст бардзю пластїчний і мoжна го з латвоścїя формоватї. Позосталє параметрї без змїан.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 5 - Zadanie 17 poz.1: Czy Zamawiający dopuści: Jałowy hemostatyk powierzchniowy, wykonany w 100% z utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego). Postać miękkiej, lekkiej, wielowarstwowej włókniny składającej się z siedmiu warstw fibrylozy. Działa miejscowo i tamuje krwawienie

średnio w ciągu 3- 4 minut. Czas wchłaniania po implantacji wynosi 7-14 dni. Niska wartość pH (2,5-3,5) zapewnia uzyskanie efektu bakteriobójczego. Zawartość grupy karboksylowej mieści się w zakresie 18-24 %. Skuteczność bezpieczeństwa in vivo z udziałem ludzi została potwierdzona badaniem klinicznym w postaci prospektywnego, porejestracyjnego badania interwencyjnego z obserwacją kliniczną. Rozmiar 5,1 x 10,2cm.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 6 - Zadanie 17 poz.1: Czy Zamawiający dopuści: Jałowy hemostatyk powierzchniowy, wykonany w 100% z utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego). Postać strukturalnej, nieutkanej, nierozwarstwialnej włókniny hemostatycznej o igłowatych zazębiających się włóknach. Działa miejscowo i tamuje krwawienie średnio w ciągu 3-4 minut. Czas wchłaniania po implantacji wynosi 7-14 dni. Niska wartość pH (2,5-3,5) zapewnia uzyskanie efektu bakteriobójczego. Zawartość grupy karboksylowej mieści się w zakresie 18-24 %. Skuteczność bezpieczeństwa in vivo z udziałem ludzi została potwierdzona badaniem klinicznym w postaci prospektywnego, porejestracyjnego badania interwencyjnego z obserwacją kliniczną. Rozmiar 5,1 x 10,2cm.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 7 - Zadanie 17 poz.2 Czy Zamawiający dopuści: Jałowy hemostatyk powierzchniowy, wykonany w 100% z utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego). Postać rzadko tkanej włókniny. Działa miejscowo i tamuje krwawienie średnio w ciągu 3-4 minut. Czas wchłaniania po implantacji wynosi 7-14 dni. Niska wartość pH (2,5-3,5) zapewnia uzyskanie efektu bakteriobójczego. Zawartość grupy karboksylowej mieści się w zakresie 18-24 %. Można przycinać bez efektu strzępienia. Skuteczność bezpieczeństwa in vivo z udziałem ludzi została potwierdzona badaniem klinicznym w postaci prospektywnego, porejestracyjnego badania interwencyjnego z obserwacją kliniczną. Rozmiar 5 x 7,5cm.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 8 - Zadanie 17 poz.3 Czy Zamawiający dopuści: Jałowy hemostatyk powierzchniowy, wykonany w 100% z utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego). Postać rzadko tkanej włókniny. Działa miejscowo i tamuje krwawienie średnio w ciągu 3-4 minut. Czas wchłaniania po implantacji wynosi 7-14 dni. Niska wartość pH (2,5-3,5) zapewnia uzyskanie efektu bakteriobójczego. Zawartość grupy karboksylowej mieści się w zakresie 18-24 %. Można przycinać bez efektu strzępienia. Skuteczność bezpieczeństwa in vivo z udziałem ludzi została potwierdzona badaniem klinicznym w postaci prospektywnego, porejestracyjnego badania interwencyjnego z obserwacją kliniczną. Rozmiar 10 x 20cm.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 9 - Czy w Zadaniu nr 9 poz. 2 Zamawiający dopuści nić 7/0 z igłą podwójną o dł. 6,5mm, typu szpatuła, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 10 - Czy w Zadaniu nr 9 poz. 3 Zamawiający dopuści nić 6/0 z igłą podwójną o dł. 6,5mm, 3/8koła, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 11 - Pakiet 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu syntetycznego z okresem podtrzymania tkanek 30 dni? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 12 - Pakiet 6, poz. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu monofilamentowego wchłanialnego z nicią o długości 45cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 13 - Pakiet 7, poz. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu syntetycznego wchłanianego z igłą odwrotnie tnącą? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 14 - Pakiet 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu o okresie podtrzymywania tkanek 90-98 dni i okresie wchłaniania 180-240 dni?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 15 - Pakiet 8, poz. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu syntetycznego wchłanianego z nicią o rozmiarze 0?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 16 - Pakiet 8, poz. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu syntetycznego wchłanianego z nicią o rozmiarze 0; długość nici 150cm pętla; igłą ½ koła okrągła wzmocniona, długość igły 40cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 17 - Pakiet 8, poz. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu syntetycznego wchłanianego z nicią o rozmiarze 1; długość nici 150cm pętla; igłą ½ koła okrągła wzmocniona, długość igły 40cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 18 - Pakiet 15

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu syntetycznego monofilamentowego wykonanego z poli-p-dioksanonu; czas podtrzymywania tkanek 90-98 dni, całkowite wchłonięcie szwu 180-240 dni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące wzoru umowy.

Pytanie nr 19 - Pakiet 16, poz. 1, 6, 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu z nicią o długości 75cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 20 - Pakiet 16, poz. 6, 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu z nicią o rozmiarze 2/0?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące wzoru umowy.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.